



ESTADO DE GOIAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## ATA DE PREGÃO

### PROCESSO Nº 242/2020 MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA/GO PREGÃO PRESENCIAL 22/2020

#### 10. Abertura da Sessão

Às 08h15min do dia 29 de maio de 2020 na sede do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, sito à PRACA JOAO PESSOA, CENTRO, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) ANNABELLE CRYSTHYANNY CARNEIRO BORGES MIRITZ e o(s) membro(s) da equipe de Apoio, TANIA APARECIDA DOS SANTOS, LEANDRO DO VALE ALMEIDA, nomeados pelo decreto 1101 de 2 de janeiro de 2020, com base na Lei nº 10.520 Art. 3º Inciso IV §§ 1º, de 17 de julho de 2002, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial Nº 22/2020, tipo menor preço por item. Nenhuma empresa solicitou o edital. Inicialmente o(a) Pregoeiro(a) declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento.

#### 11. Credenciamento

Declarando aberta a fase de credenciamento o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos seus representantes que apresentassem os documentos exigidos no Edital 022 de 21/05/2020. Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os respectivos representantes:

EMPRESA	ME/EPP	CNPJ	REPRESENTANTE	IDENTIFICACAO
VMI TECNOLOGIAS LTDA.	Não	02.659.246/0001-03	DANIEL JOSE DE ASSIS	985.050.761-68

#### 12. Entrega dos Envelopes

Em seguida o(a) Pregoeiro(a) solicitou que os interessados credenciados apresentassem a declaração de pleno atendimento aos requisitos para habilitação, bem como que entregassem à Equipe de Apoio, os envelopes nº 01 contendo a Proposta e o nº 02 contendo a habilitação. Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a proposta, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a fase de credenciamento, passando-se à abertura das propostas dos credenciados.

#### 13. Propostas

Abertos todos os envelopes contendo as propostas, o(a) Pregoeiro(a) franqueou o acesso de todos ao conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio passaram a análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital, considerando que todas as propostas estavam adequadas. Passou-se, então, à classificação da proposta de menor preço e de todas



ESTADO DE GOIAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

aquelas cujo preço não extrapolasse a 10% daquela ou as 3 primeiras, ficando assim classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor:

### LOTE Nº 1 - LOTE - 01

ITEM: 1 - APARELHO DE RAIOS-X FIXO DIGITAL DE 800mA ou maior - COMANDO E GERADOR:  
Gerador de raios-x de alta frequência (multipulso) microprocessado; potência de saída do gerador mínima de 54kw ou maior; alimentação trifásica: 380 v - 60 hz; mesa de comando com painel de teclas de simples toque. Ajustes integrados de kv para variações de no mínimo: 40 a 150 kv com sensibilidade de 1 kv; Programa de técnicas para órgãos, pré-programável; indicação de falhas via software em display de cristal líquido; unidade selada com faixa de corrente de 50 a 630ma ou maior com comutação automática foco (fino e grosso); Seleção para faixa demas mínima: de 1 a 500 mas variação dos tempos de exposição não superior a 5 segundos; Indicação digital de kv, ma e mas estabilização automática de tensão de rede; proteção térmica do tubo de raios-x interligada ao sistema de disparo. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de iodeto de céσιο, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cad

Quantidade: 1,0000

ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.
1	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA	457.000,0000	457.000,0000	Sim

### 14. Etapa de Lances

Declarou o(a) Pregoeiro(a) aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas propostas classificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante classificado com maior preço a inauguração das rodadas.

**14.1.1. ITEM 1 - APARELHO DE RAIOS-X FIXO DIGITAL DE 800mA ou maior - COMANDO E GERADOR: Gerador de raios-x de alta frequência (multipulso) microprocessado; potência de saída do gerador mínima de 54kw ou maior; alimentação trifásica: 380 v - 60 hz; mesa de comando com painel de teclas de simples toque. Ajustes integrados de kv para variações de no mínimo: 40 a 150 kv com sensibilidade de 1 kv; Programa de técnicas para órgãos, pré-programável; indicação de falhas via software em display de cristal líquido; unidade selada com faixa de corrente de 50 a 630ma ou maior com comutação automática foco (fino e grosso); Seleção para faixa demas mínima: de 1 a 500 mas variação dos tempos de exposição não superior a 5 segundos; Indicação digital de kv, ma e mas estabilização automática de tensão de rede; proteção térmica do tubo de raios-x interligada ao sistema de disparo. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de iodeto de céσιο, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cad**

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA. foi o único a apresentar propostas.

#### 14.1.1a. Direito Preferência

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA. foi o único a apresentar propostas.

#### 14.1.1b. Negociação Direta

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:



ESTADO DE GOIAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1º	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	02.659.246/0001-03	450.000,0000

### 15. Habilitação

Após a classificação provisória das licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação das primeiras colocadas, tendo o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio facultado a todos interessados a verificação da documentação. Analisada a documentação o Pregoeiro(a) considerou:

EMPRESA	CNPJ/CPF	SITUAÇÃO	MOTIVO
VMI TECNOLOGIAS LTDA.	02.659.246/0001-03	Aprovado	

### 16. Recursos

Após a classificação definitiva dos vencedores, o(a) Pregoeiro(a) avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seria registrada no final da ata.

Nenhum participante manifestou intenção de recorrer.

### 17. Encerramento de Sessão

Nada mais havendo a tratar, o(a) pregoeiro(a) da CPL encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo(a) Pregoeiro(a) da CPL e Comissão e pelos licitantes que o quiseram.

### 18. Observações

-

---

ANNABELLE CRYSTHYANNY CARNEIRO BORGES MIRITZ

Pregoeiro(a)

---

TANIA APARECIDA DOS SANTOS

Equipe de apoio

---

LEANDRO DO VALE ALMEIDA

Equipe de apoio



ESTADO DE GOIAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

---

VMI TECNOLOGIAS LTDA.  
DANIEL JOSE DE ASSIS  
PROCURADOR