



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELA EMPRESA
MEDTEC EQUIPAMENTOS MÉDICOS.

A empresa MEDTEC SUPRIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob nº. 22.460.323/0001-09, apresentou pedidos de esclarecimentos acerca da especificação técnica do equipamento descrito no Edital Pregão Presencial nº 029/2021;

Em suma cumpre salientar que os questionamentos formulados pela empresa supracitada foram devidamente elucidados, e que, as descrições técnicas ora estabelecidas para a aquisição do equipamento tem um condão técnico e a constante perseguição da Administração Pública em adquirir equipamentos de qualidade.

A respeito do monitor de 19" ressaltamos que se trata de um tamanho MÍNIMO, com isso, conclui-se que monitores maiores serão aceitos, considerando que são de qualidade superior ao mínimo exigido no instrumento convocatório.

A exigência da impressora se dá em virtude da Administração considerar necessária, conforme já elucidado na resposta encaminhada anteriormente.

Nessa seara a empresa supõe uma possível restrição na participação de potenciais fornecedores, contudo não se vislumbra nenhuma limitação de participação no descritivo mínimo do equipamento, a considerar, vale dizer que não houve nenhum pedido de impugnação (meio o qual as empresas que se achem impedidas e/ou prejudicadas de participar em certames solicitam retificações). O que se verifica são especificações mínimas de um aparelho considerado aceitável para atendimento das necessidades da Administração Pública.

Diante do questionamento e das respostas apresentadas à empresa solicitante, o edital mantém suas especificações técnicas, mantendo a mesma forma a data e horário previsto para abertura.

Fabrício Silva de Deus
Pregoeiro

